

**DPD N° 01 GRADO INSTRUMENTAL
EN PASTILLAS PARA ANALISIS DE
CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUAS**

Fecha de emisión:

10/04/2017

Fecha de Revisión:

02/01/2023

DESCRIPCION

Reactivo químico en pastillas especial para análisis de Cloro Residual Libre en aguas.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca : LA MOTTE
 Procedencia : USA
 Código de reactivo : 6903A-M
 Nombre Químico :
 - N,N'-Difenil-p-Fenilendiamina
 Turbidez : 99 – 101% T
 PH : 6.2 – 6.4
 Ensayo frecuente :

Ensayo	Especificación	Resultado
0.0 ppm Cloro	0.0 ppm	Pasa
0.5 ppm Cloro	0.4 – 0.6 ppm	Pasa
1.0 ppm Cloro	0.9 – 1.1 ppm	Pasa
3.0 ppm Cloro	2.9 – 3.1 ppm	Pasa

Penetración de Cloramina: < 0.1 ppm

Apariencia: Tabletas blanco tiza

USOS

Análisis de cloro residual libre en aguas utilizando Kits comparadores de cloro grado Instrumental y visual.

