

KIT PARA ANALISIS DE CLORO Y pH EN AGUAS

Fecha de Revisión:

02/09/2024

DESCRIPCION

Kit especial para análisis de Cloro Residual Libre y pH en aguas.

El método de análisis es por colorimetría mediante la reacción de reactivos químicos en la muestra de agua, el cual dará como resultado una coloración, el cual se compara visualmente con la escala de colores estándares, obteniéndose el resultado.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca : HYDROTEST

Modelo : 1943BU

Rango :

- Cloro Libre: 0.3 - 3.0 PPM
0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 3.0 PPM

- pH: 6.8 - 8.2
6.8 - 7.2 - 7.6 - 7.8 - 8.2

Químicos :

- DPD N° 01
- Rojo de Fenol

Incluye :

- 30 Reactivos DPD N°1 para cloro libre.
- 30 Reactivos ROJO DE FENOL para pH.
- Cubeta comparadora de color p/cloro y pH.
- Instructivo
- Estuche de transporte



USOS PRINCIPALES

- 💧 Potabilización de agua
- 💧 Mantenimiento de piscinas
- 💧 Tratamiento de aguas industriales
- 💧 Tratamiento de aguas residuales

INSTRUCCIONES DE USO

- Utilizar las pastillas **DPD N°01** para medir el cloro libre. Tomar una muestra de agua hasta la marca de llenado y verter una pastilla en el lado derecho del comparador, agitar hasta la disolución de la pastilla y comparar el color obtenido con la escala de colores standard.
- Utilizar las pastillas **ROJO DE FENOL** para medir el pH. Tomar una muestra de agua hasta la marca de llenado y verter una pastilla en el lado izquierdo del comparador, agitar hasta la disolución de la pastilla y comparar el color obtenido con la escala de colores standard.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco.
- Almacenar lejos de productos alimenticios.
- Mantener alejado del calor y la luz solar directa.
- Prevenir la formación de polvo.
- Almacenar en condiciones secas, bien sellado

